

# A E Dの増設について



平成29年度代表者会議

理学部代表 登口碧

農学部代表 谷上智洋

文化系サークル代表 村田将平



# 改善してほしい項目

- ▶ 城北地区・重信地区・樽味地区等にA E Dの増設
- ▶ AEDを設置していることを設置建物の外側に分かりやすく表示する。

# AEDの配置間隔について

- ▶ AEDは心停止から5分以内に除細動が可能な配置
- ▶ 現場から片道1分以内（300m間隔）の密度で配置すべき
- ▶ 高層ビルなどはエレベーターや階段の近くへ設置
- ▶ わかりやすい場所（入口付近、普段から目に入る場所、多くの人を通る場所、目立つ看板）
- ▶ 誰もがアクセスできる
- ▶ 心停止のリスクがある場所
- ▶ AED配置場所に周知

# AEDの現状について (城北キャンパス)

## 城北キャンパス



- 全体的に南側が少ない。  
 (共通講義棟Cの周辺、  
 工学部2,3,4号館の周辺)
  - 山越運動場や御幸学生宿舎も敷地面積を考えると、できればもう1台ずつ。
  - だいたい階段で6階まで走って往復するのに約1分半。
  - もし、工学部2号館の6階で心肺停止が起きた時、エレベーターも止まってしまっていたら.....
- ...現在設置してあるAEDの場所  
○ ...設置してほしいAEDの場所

# AEDの現状について (重信キャンパス)

## 重信キャンパス



- ▶ 北側は、城北キャンパスの北側同様にAEDがしっかり設置されている。
- ▶ 南側のグラウンド周辺になると数が少なく遠い。

(職員宿舎の周辺)

- ...現在設置してあるAEDの場所
- ...設置してほしいAEDの場所

# AEDの現状について (樽味キャンパス)

## 樽味キャンパス



アイコン凡例

▲ 出入口	🍴 食堂・カフェ
🅑 駐車場	🛍️ ショップ
🅑🚲 車いす駐車場	☎️ 公衆電話
🚲 駐輪場	📺 液晶テレビ
🏧 ATM	📄 電子掲示板
🚑 AED自動体外式 除細動器	🚬 喫煙コーナー

➡ 南側が皆無

(附属高校南側のグラウンド周辺、  
農学部本館南側、南側各施設  
周辺、拓翠寮)

○ ...現在設置してあるAEDの場所

○ ...設置してほしいAEDの場所

# AEDの増設

- ▶ だいたい階段で6階まで走って往復するのに約1分半かかるため、できることなら各建物に1台設置してほしいが、特に以下の場所には、早期に設置してほしい。
- ▶ 城北キャンパス：共通講義棟C、工学部2号館、
- ▶ 重信キャンパス：教職員宿舎
- ▶ 樽味キャンパス：附属高校南側グラウンド附近
- ▶ 農学部本館南棟、南側施設(植物工場センター附近)、 拓翠寮
- ▶ 山越運動場（2台め）、御幸学生宿舎（2台め）、  
鷹ノ子国際交流会館

# 既存AEDの設置のされ方について



- ▶ 例：校友会館内のAED
- ▶ 下側の写真のように木に隠れたりなどして、出入口からは分かりにくい場所に設置してあるAEDが見られる。





# 既存AEDの設置の表示のされ方について

- ▶ 周囲から見えにくい場所や建物内に設置してある場合は、左の写真（第2体育館入口横）のような大きめの看板、案内をすべての設置場所に導入するべき。





## まとめ

- ▶ 城北・重信・樽味キャンパス等に合計で10台のAEDを設置してほしい。
- ▶ また、AED設置場所付近に他の物品等を置かないようにすることや、AEDを設置していることがよく分かるような表示を、設置建物の外側にしてほしい。



**費用面も**

**たいへんとは存じますが**

**なにとぞご検討**

**宜しく**

**お願い致します。**